

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic;

IDNO: 1003600151023;

Tip procedură achiziție: Licitatie publica;

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației restrânse și al procedurii negociate) *[indicați nu este cazul]*

Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor medicale și materialelor de sutură pentru anul 2021;

Cod CPV: 33140000-3;

Data publicării anunțului de intenție: _____

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării consumabilelor medicale și materialelor de sutură pentru anul 2021 conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2021;

Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: CNAM;

Modalități de plată: prin transfer în decurs de 30 zile în baza facturilor fiscale;

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție a următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Cerințele tehnice	U/M	Cantitatea
1.	Tub endotraheal Nr. 5,0	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 5,0	buc	20
2.	Tub endotraheal Nr. 6,0	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,0	buc	500
3.	Tub endotraheal Nr. 6,5	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,5	buc	50
4.	Tub endotraheal Nr. 7,0	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,0	buc	900
5.	Tub endotraheal Nr. 7,5	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,5	buc	1500
6.	Tub endotraheal Nr. 8,0	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,0	buc	2500
7.	Tub endotraheal Nr. 8,5	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,5	buc	500
8.	Tub endotraheal Nr. 9,0	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,0	buc	100
9.	Tub endotraheal Nr. 9,5	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,5	buc	50
10.	Tub endotraheal biluminal	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat	buc	100
11.	Set pentru cateterizarea venei centrale	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 6F/14 G diametru 2,1 mm, lungimea 70 mm, conductor	set	200

		metalic tip J rezistent la indoire 0,89 mm x 50 cm, depărtător pentru piele		
12.	Set pentru cateterizarea venei centrale	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 5F/16 G diametru 1,7 mm, lungimea 70 mm, conductor metalic tip J rezistent la indoire 0,63 mm x 50 cm, depărtător pentru piele	set	250
13.	Set pentru cateterizarea venei centrale	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 4F/18 G diametru 1,4 mm, lungimea 50 mm, conductor metalic tip J rezistent la indoire 0,89 mm x 50 cm, depărtător pentru piele	set	100
14.	Cimp chirurgical steril pentru cateterizarea venei centrale	Cu orificiu, dimensiunile 75x90 cm	buc	500
15.	Conductor bilumen	Pentru tub endotraheal biluminal	buc	100
16.	Alize	90x90 cm, de unica folosinta	buc	6000
17.	Pahare de unică folosință	Plastic, pentru consumarea lichidelor, volum 200 ml	buc	5000
18.	Lingurițe de unică folosință	Plastic,	buc	5000
19.	Masca laringiana N 5 N 6	100% silicon medical. Transparent cu cordaje și linie X-ray opaca. Reuzabil pina la 40 ori. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar.	buc	20
20.	Pipa orofaringiană Guedel N3		buc	10
21.	Pipa orofaringiană Guedel N4		buc	30
22.	Pipa orofaringiană Guedel N5		buc	30
23.	Cateter nazal pentru inhalare O2	Transparent,De unică folosință,Fără latex	buc	300
24.	Mască pentru inhalare de O2	Transparentă, pentru adulți, marime XL, de unică folosință, sterilă	buc	4000
25.	Set aspirator cu canulă	Steril, Transparent, Non toxic, Unică folosință. Lungimea 210 cm.	buc	3000
26.	Cateter rectal nr32		buc	200
27.	Cearsaf chirurgical u/f 240x140cm steril	Material neșesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, nu mai puțin de 65 g/m.p., Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale nefînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale)	buc	8000
28.	Cearșaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, aperturi 25x25 cm cu apertură adezivă	Material neșesut 5 straturi SSMMS , nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața	amb	200

		dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documentar de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale)		
29.	Cearșaf TUR 180/250x200 cm, gaura 20x10 cm cu leggins incorporat pentru picioare și pungă pentru colectarea separabilului	Material neșut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documentar de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale)	buc	500
30.	Indicator sterilizare 134/5 N1000 universal	1000 bucati in set	set	3
31.	Lama p/u bisturiu steril N10		buc	3500
32.	Lama p/u bisturiu steril N22		buc	8500
33.	Musama medicala tip.A		metri	120
34.	Para de cauciuc B-3	Para de cauciuc B-3, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	buc	2200
35.	Sort de protectie polietilena	Sort de protectie polietilena, de unica folosinta	buc	1100
36.	Tub silicon 5x7mm	Tub silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	metri	600
37.	Tub silicon 7x9mm	Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	metri	2000
38.	Tub traheostomic N8 cu manseta	Tub traheostomic N8 cu manseta	buc	100
39.	Tub traheostomic N8.5	Tub traheostomic N8,5 cu manseta	buc	100

	cu manseta			
40.	Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex)	SET: un cateter toracic cu un conductor (standardul trocar 28Fr.), un sac de 1700 ml. cu o supapă de scurgere și antireflux, o seringă cu un blocaj Luerlock de 20 ml, un bisturiu nr. 10, Ața sterilă cu ac taietor pentru fixare drenajul spre pielea.	set	200
41.	Emplastru hipoalergic 10cm pe 10 m	1. Adeziv 2. Material țesut 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4. Dimensiuni ~ 5x500cm * Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și stampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : - Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului. - Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și stampila participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin stampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 1. Adeziv 2. Material țesut 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4. Dimensiuni ~ 5x500cm * Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și stampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : - Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului. - Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și stampila participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin stampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	buc	2000
42.	Set de drenare a cavităților	Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu	set	30

		utilizarea simultană a unuia sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Marimile 16, 18 FG		
43.	Set pentru Nefrostomie 12F	1. Cateter tip PIGTAIL 12F*45cm 2. Ac bipartite 18G* 20 cm 3. Dilatator cu carcasa 4. Dilatatoare 7F, 10F 5. Seringa 10 ml Luer Lock 6. Bisturiu 7. Flanșă fixatoare 8. Pansament	buc	20
44.	Set pentru Nefrostomie 14F	1. Cateter tip PIGTAIL 14F*45cm 2. Conductor J.038,, * 80 cm 3. Ac bipartite 18G* 20 cm 4. Dilatator cu carcasa 5. Dilatatoare 10F, 12F 6. Seringa 10 ml Luer Lock 7. Bisturiu 8. Flanșă fixatoare 9. Pansament	buc	20
45.	Set pentru drenarea vezicii urinare 12f	1.Cateter cu balon SUPRA-KATH,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 12 cm, diametru 4,6 mm	buc	75
46.	Set pentru drenarea vezicii urinare 14f	1.Cateter cu balon SUPRA-KATH,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 14 cm, diametru 4,6 mm	buc	70
47.	Sonda ureterala tip Nelaton	1.Cateter de nelaton de 12 Fr, 4.0mm, 70 cm 2. Steril	buc	60
48.	Sonda ureterala tip Nelaton	1.Cateter de nelaton de 10 Fr, 3.3 mm, 70 cm 2.Steril	buc	60
49.	Sonda ureterala tip Nelaton	1.Cateter de nelaton de 8 Fr, 3.3 mm, 70 cm 2.Steril	buc	60
50.	Sonda ureterala tip Nelaton	1.Cateter de nelaton de 14 Fr, 4.7 mm, 70 cm 2.Steril	buc	60
51.	Sonda de ureterostomie	1.Cateter de nelaton de 10 Fr, 3.3 mm, 45 cm 2.Steril	buc	60
52.	Stent ureteral autostatic mon „J,,	Cateter ureteral tip Pigtail, 7 fr/, 90 cm	buc	70
53.	Stent ureteral autostatic mon „J,,	Cateter ureteral tip Pigtail, 6 fr/, 90 cm	buc	60
54.	Stent ureteral autostatic mon „J,,	Cateter ureteral tip Pigtail, 8 fr, 90 cm	buc	60
55.	Stent ureteral autostatic	1. Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 8 fr/28/4 2. Conductor J.038,, * 80 cm 3. Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet.	set	50
56.	Stent ureteral autostatic dublu J	1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 6 fr/24/4 2. Conductor 0.038,, * 110 cm 3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet.	set	50
57.	Stent ureteral autostatic dublu J	1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 7 fr/28/4 2. Conductor 0.038,, * 110 cm 3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet.	set	50
58.	Stent ureteral autostatic	1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 8 fr/28/4 2. Conductor 0.038,, * 110 cm 3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet.	set	30
59.	Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 18, 20, 22, 24, 26, 28. 30	1.Dimensiuni: CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat	buc	800

		4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).		
60.	Cuve masa plastica	Forma renului	buc	130
61.	Urinare femei	1.capacitate : 2litri, 2.plastic rezistent	buc	10
62.	Urinare p-u barbati	1.capacitate : 1litri. 2.plastic rezistent	buc	180
63.	Urinare unisex	1.capacitate : 2litri, 2.plastic rezistent	buc	60
64.	Emplastru p/u fixarea cateterului	1.dimensiuni 8*6 cm	buc	5500
65.	Irigator-clizma Esmarch	1.capacitate 2.5 l 2.PVC moale cu canulă rigidă	buc	60
66.	Pansament steril	Pansament steril 1. Sterilitate garantă în cazul ambalajului nedeterioart 2. Hipoalergenică 3. Adezivă 4. Dimensiuni 30x10 cm	buc	500
67.	Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 7,5	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 7,5.	buc	100
68.	Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,0	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,0.	buc	200
69.	Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,5	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,5.	buc	200
70.	Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 9,0	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 9,0.	buc	40
71.	Set pentru cateter subclavia	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,63mm*50cm	buc	40
72.	Set pentru cateter subclavia	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac 18G, lungimea 70mm. Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,89mm*50cm	buc	50
73.	Pansament p/u cateter pereferic	Bandă pentru fixarea cateterelor central si pereferice, 5 x 6 cm, adezivă hipoalergenică neșesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.	buc	1000
74.	Pansament p/u cateter subclavia	Banda pentru fixarea catetilor central, 8,0x10 cm, steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide,bacterii si virusi	buc	2000
75.	Stripuri pentru PH urinei	Pentru PH urinei in timpul infuziei deze mari de preparate citostatice (metotrexat)	buc	4000
76.	Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca si stern	Ac pentru punctia meduvei oaselor 18 G x 10- 44 mm, steril de unica folosinta, cap cu suport si prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare si fixare a adancimii de penetrare,orificii distale laterale, maner ergonomic, manevrare usoara, canula lunga	buc	50
77.	Set pentru punctia pleurală (PLEURAPUNKTI ONS-SET)	set: ac toracocinteză 14G (2,1 x100 mm), Canula (1,48 x 130 mm),sac colector 2,0 litri cu LL- adaptor,robinet , seringă 50 ml.,dren PVC 75 cm.	set	300

78.	Ac pentru prelevarea tesuturilor moi cu pistol automat	16Gx 1,55 mm, steril de unică folosință. La livrarea acelor se ofera un pistol automat pe toata perioada de utilizare a cantitatii totale de ace.	buc	800
79.	Ac pentru prelevarea tesuturilor moi cu pistol automat	18Gx1,20 mm, lungimea 240 mm, steril de unică folosință. La livrarea acelor se ofera un pistol automat pe toata perioada de utilizare a cantitatii totale de ace.	buc	1500
80.	Ac-Translator p/u puncție medulară	16Gx 40 mm steril de unica folosinta	buc	800
81.	Ac-Translator p/u puncție medulară	16Gx 10/ 65 mm mm steril de unica folosinta	buc	50
82.	Ac pentru trepanbiopsie din crista iliaca	G-13x100mm Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj ,trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat ,dispozitiv steril de unica folosinta	buc	10
83.	Ac pentru trepanbiopsie din crista iliaca	G-11x150mm, Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj ,trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unica folosinta	buc	270
84.	Alize de unica folosinta	60x60cm	buc	3000
85.	Emplastru-pansament	Dimensiunile: 100x4cm Plasture cu tampon antiseptic îmbibat. Pe bază de material textile robust. Cu adeziune pe margini sigură și de lungă durată	buc	100
86.	Set pentru oxigenoterapie cu mască, rezervor și tub	1. PVC transparent și moale pentru confortul pacienților. 2. Clipul reglabil al nasului asigură o potrivire confortabilă. 3. 210 cm. Pompa de alimentare cu oxigen poate fi configurată.	buc	20
87.	Alize u/f (mărimi disponibile) 60x90 cm	1.Material sintetic 2.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 3.Ambalate cate 30 bucati; 4.Dimensiuni ~ 60x90cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	buc.	4000
88.	Bisturiu steril unica folosinta	Dimensiunea lamei N10	buc	800
89.	Bisturiu steril unica folosinta	Dimensiunea lamei N22	buc	300
90.	Set de perfuzie Intrafix Air G Neutrapur cu filtru de perfuzie	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu doua orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅ 1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 μm în camera de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de	buc	3600

		plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.		
91.	Pompa elastometrica 275 ml	Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fara latex. Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului. - Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-directionala. Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterial si "aerul ventilat". - Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor. - Clema detasabila din PVC. - Volum maximal: 275 ml. - Durata de utilizare: 5 zile + 17 h.	buc	100
92.	Consumabile de laborator	Containere pentru reziduri 5 L	unit	4
93.	Containere pentru reziduri 10 L	Containere pentru reziduri 10 L	unit	2
94.	Stative pentru Eppendorf	Stative pentru Eppendorf	buc	15
95.	Eprubete centrifugare	Eprubete centrifugare polipropilen cu capac atasabil și fund rotund 16x80 10 ml	unit	5000
96.	Hîrtie de filtru	Hîrtie de filtru	10kg	40
97.	Marker pentru sticlă	Marker pentru sticlă	buc	60
98.	Cuve pentru probe polisteren volum 3 ml (pentru dizolvarea reagenților)	Cuve pentru probe polisteren volum 3 ml (pentru dizolvarea reagenților)	buc	10000
99.	Consumabile pentru teste genetice	Qubit Assay Tubes (pentru cuantificarea AN)	set	2
100.	MicroAmp Optical 8-Tube Strip	MicroAmp Optical 8-Tube Strip	set	4
101.	MicroAmp Optical 8-Cap Strip	MicroAmp Optical 8-Cap Strip	set	2
102.	Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl	Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl	set	2
103.	Husă pentru cameră	Husă pentru camera video, sterila	buc	700
104.	Urostoma	Dispozitiv medical pentru protezarea stomelor umede 76mm; Punga transparenta de 1 litru; Dispozitiv adeziv , cu orificiu de la 10- pina la 76mm	buc	2000
105.	Certofix mono (cateter venos central)	Ac- 1,3* 70 mm, 18 G*; Ghid 0,89 mm/ 0,035 L-50 mm; Dilatator 1,0*2,7 mm, L-9,6cm; Cateter 1,4*2,1 mm/ 14G,, L-20 cm	buc	10
106.	Scutece p-u maturi L	unica folosință, marimea L	buc	3000
107.	Set p/u laparocenteza		buc	10
108.	Pungă cu gheață		buc	4
109.	Indicatori fizico chimici sterilizare abur (strip) Utilizare externă 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa)	1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	buc	18000
110.	Indicatori sterilizare abur (strip) Utilizare externa. 121 ° C timp de 5	1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului.	buc	4000

	minute, presiune 0,11 +0,01(MPa)	2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 121 ° C timp de 5 minute, presiune 0,11 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.		
111.	Indicatori sterilizare abur (strip) Utilizare internă, 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa)	1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea in interiorul cassetelor, cutiilor metalice , alte ambalaje si este conceput pentru a indica dacă aburul a pătruns până la punctul de plasare a benzii(strip) . Funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	buc	160000
112.	Test Bowie & Dick	1.Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuării aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzătoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte).	buc	250
113.	Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 150mm x 200 metri	– Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	rola	25
114.	Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 200mm x 200 metri	– Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	rola	25
115.	Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 250mm x 200 metri	– Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de	rola	10

		hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur, a căror culoare să vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °		
116.	Lampă UV 18 W	Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz, Lungimea - 590mm, Termen de utilizare - min 5000 h	buc	30
117.	Lampă UV 30 W	Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz. Lungimea - 909mm, Termen de utilizare - min 5000 h	buc	300
118.	Lampă UV 36 W	Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz, Lungimea - 1200mm, Termen de utilizare - min 5000 h	buc	30
119.	Mănuși chirurgicale, lungimea până la antebraț mare	Mănuși chirurgicale, fără nitril, fără pudră, de o singură utilizare. Mănușile ar trebui să aibă manșete lungi, ajungând cu mult deasupra încheieturii, în mod ideal, până la mijlocul antebrațului.	buc	24000
120.	Set test facial (Fit test)	Pentru a testa eficacitatea etanșării pentru dispozitivele de protecție respiratorie	buc	100
121.	Respirator, tip de protecție N95 sau mai mare	Respirator N95 sau FFP2 sau cu grad de protecție mai mare, care asigură o respirabilitate bună cu un design care nu se lipește de gură (de exemplu, nas de rață, cu cupă (Eng-duckbill, cupshaped)	buc	6000
122.	Măști	Mască medicală / Chirurgică urmează să fie cu grad înalt de rezistență la fluide, respirabilitate bună, părțile internă și externă trebuie să fie clar identificate, structura să nu permită lipirea de gură (de exemplu, nas de rață, cu cupă)	buc	15000
123.	Ecran facial	Poate fi de unică folosință sau reutilizabil, dar să permită curățarea și dezinfectia, și să acopere complet laturile și lungimea feței. Să fie fabricat din plastic transparent, să ofere o vizibilitate atât pentru purtător cât și pentru pacient. Banda reglabilă să permită atașarea sigură în jurul capului și să se potrivească perfect pe frunte. Preferabil să fie rezistent la ceață.	buc	6000
124.	Ochelari de protecție	Poate fi de unică folosință sau reutilizabil, cu condiția dispunerii unor aranjamente adecvate pentru decontaminare. Să contacteze bine cu pielea feței, cu rama flexibilă din PVC pentru a se potrivi cu ușurință cu toate conturile feței asigurând o presiune omogenă. Să acopere ochii și zonele înconjurătoare. Lentile ochelarilor să fie din plastic transparent, rezistente la ceață și zgârieturi. Bandă reglabilă să fie sigură și fermă și să asigure să nu cadă sau să se slăbi în timpul activității. Ventilarea urmează să fie indirectă pentru a evita ceața.	buc	6000
125.	Tunică medicală (purată sub halat) Mărimea - 42	Tunică medicală din stofe de unică folosință, cu mânecă scurtă	buc	100
126.	Tunică medicală (purată sub halat) Mărimea - 44	Tunică medicală din stofe de unică folosință, cu mânecă scurtă	buc	100
127.	Tunică medicală (purată sub halat) Mărimea - 46	Tunică medicală din stofe de unică folosință, cu mânecă scurtă	buc	150
128.	Tunică medicală (purată sub halat) Mărimea - 48	Tunică medicală din stofe de unică folosință, cu mânecă scurtă	buc	150
129.	Tunică medicală (purată sub halat) Mărimea - 50	Tunică medicală din stofe de unică folosință, cu mânecă scurtă	buc	150
130.	Tunică medicală (purată sub halat)	Tunică medicală din stofe de unică folosință, cu	buc	150

	sub halat) Mărimea - 52	mâncă scurtă		
131.	Tunică medicală (purată sub halat) Mărimea - 54	Tunică medicală din stofe de unică folosință, cu mânecă scurtă	buc	100
132.	Tunică medicală (purată sub halat) Mărimea - 56	Tunică medicală din stofe de unică folosință, cu mânecă scurtă	buc	100
133.	Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 42	Pantaloni medicali din stofe de unică folosință	buc	100
134.	Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 44	Pantaloni medicali din stofe de unică folosință	buc	100
135.	Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 46	Pantaloni medicali din stofe de unică folosință	buc	150
136.	Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 48	Pantaloni medicali din stofe de unică folosință	buc	150
137.	Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 50	Pantaloni medicali din stofe de unică folosință	buc	150
138.	Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 52	Pantaloni medicali din stofe de unică folosință	buc	150
139.	Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 54	Pantaloni medicali din stofe de unică folosință	buc	100
140.	Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 56	Pantaloni medicali din stofe de unică folosință	buc	100
141.	Halate/copot	De unică folosință, rezistent la fluide, lungime mijlocie pentru a acoperi partea superioară a cizmelor, preferabil de culori deschise pentru a detecta mai bine contaminarea posibilă, buclele degetelor mari sau deget sau manșetă elastică pentru a ancora mânecile în loc.	buc	6000
142.	Pungă cu sigiliu sterilă pentru transportare eprubetelor	Pungă din polietilenă cu sigiliu pentru transportarea eprubetelor cu două camere. Dimensiunea pungii 155 x 235 mm	buc	2000
143.	Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, volum 2,5 litri/kg., dim.190x150x25, culoare galbenă	Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, rezistența mecanică Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5 litri/kg; Dimensiune 190x150x25	buc	5000
144.	Sac/Pachet pentru deșeurile medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri	1.Saci pentru deșeurile medicale periculoase-infecțioase, dimensiuni (220*380*40μ), volumul 15 L/kg; 2.Material PE 40μm (0.040mm); 3.Pictograma "Pericol Biologic"; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur.	buc	25000
145.	Sac/Pachet pentru deșeurile medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri	1.Saci pentru deșeurile medicale periculoase-infecțioase, dimensiuni (460*700*50μ), volumul 30 L/kg; 2.Material PE 50μm (0.050mm); 3.Pictograma "Pericol Biologic"; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur.	buc	10000
146.	Sac/Pachet pentru	1.Saci pentru deșeurile medicale periculoase-	buc	25000

	deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 50 kg/litri	infecțioase, dimensiuni (600*900*50μ), volumul 50 L/kg; 2.Material PE 50μm (0.050mm); 3.Pictograma "Pericol Biologic"; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor două termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur.		
147.	Prezervative	Pentru investigații ultrasonografice endocavitare	buc	1000
148.	Infusomat Space Line Standart	Sisteme pentru infuzia lichidilor, preparatelor citostatice cu infuzomate FMS, non stop 24-48 ore. Tub de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 300 cm.	buc	7000
149.	Infusomat Space Tubing Transfusion	Sisteme pentru transfuzia singelui cu infuzomat FMS, cu filtru de 200 μm, tub calibrat de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 250 cm.	buc	1200
150.	Sterifix 0,2 infusion filter	Filtru antibacterian, pentru infuziile cu infuzomat FMS de 48-96 de ore, 0,2 μm cu membrană pozitiv, suprafață de filtrare 10 cm ² , volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conexiune luer-lock la ambele capete de conectare, sterilizare EO. ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive), (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producător etc).	buc	8200
151.	Prelungitoare pentru sisteme infuzie cu infuzomat FMS	Steril, aprotogen, ne toxic, Sistem de prindere cu rotire independentă față de tub, rezistent la presiune (4 bari), lungime 150 cm, conectare „luer lock”, PVC, 0,9 x 1,9 mm, priming 0,94 ml. conector la pacient de culoare verde transparent.	buc	7000
152.	Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter	Filtru antibacterian de 0,2 μm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite. Filtru antiparticule de 5 μm pe canalul activ. Căpăcel roșu.	buc	1400
153.	Robinet tridirecțional	Robineți infuzional cu trei căi (albastru, galben, roșu), 360° pentru infuzia de lungă durată cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteral infuziei. Fără latex	buc	10000
154.	Hartie termică pentru analizator biochimic semi-automat	compatibil cu Stat Fax 303.	buc	150
155.	Filtru antibacterian	Filtru antibacterian de unică folosință compatibil cu aspiratorul New Hospivac 350 Full 5. Diametrul conectorului: - partea superioară 10mm; - partea inferioară 14mm;	buc	1000
156.	Hartie ECG Cardimax	144x30	buc	100
157.	Hartie ECG Cardiostat	104x100x300	buc	100
158.	Hartie ECG termo MAC 600	80x90	buc	100
159.	Hartie ECG termo EDAN SE601B	110x140x140	buc	100
160.	Hartie ECG Biocare IE300	80x20	buc	100
161.	Turbină reutilizabilă	Turbină reutilizabilă compatibilă cu numărul de referință 910004 și compatibilă cu spirometrul Spirobank II	buc	1500
162.	Película Radiológica DI - HL Blue base 35 x 43 N100		set	10
163.	Película Radiológica DI - HL Blue base 20 x 25 N150		set	10
164.	Película Radiológica DI		set	8

	- HL Blue base 26 x 36 N150			
165.	Película Radiológica DI - ML Blue base 25 x 33 N150		set	26
166.	Película Radiológica Codonics 25 x 33 N150	Grayscale Film / Blue base	set	10
167.	Película Radiológica Fiadiologic UPT 517 BL 14 x 17 inch N100		set	7
168.	Película Radiológica Fiadiologic UPT 512 BL 10 x 12 inch N100		set	6
169.	Película Radiológica Fiadiologic UPT 510 BL 8 x 10 inch N100		set	6
170.	Película compatible cu aparatură SONY pentru USG		buc	150
171.	Capron din bobine N 3 (250 m)		m	80000
172.	Capron din bobine N 4 (130 m)		m	85000
173.	Capron din bobine N 5 (80 m)		m	85000
174.	Catgut cromat USP 4/0,75 cm, ac 1/2 rotund 20 mm		buc	300
175.	Catgut simplu USP 3/0,75 cm, ac 1/2 rotund 26 mm		buc	300
176.	Catgut simplut USP 4/0 (2 metric), 75 cm, ac 1/2 cer, corp rotund 37 mm		buc	300
177.	Catgut USP 4/0,75 cm, ac 1/2 rotund 16 mm		buc	300

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

11. Tipul contractului Bunuri;

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): în decurs de 10 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2021;

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021;

14. Locul livrării bunurilor: Depozitul beneficiarului amplasate pe adresa or.Chisinau str. N. Testemitanu 30);

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preț pe poziții, Operatorii economici vor prezenta oferta conform numerotației menționate.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea cerințelor caietului de sarcini, cel mai mic preț;

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor: nu se aplica;

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta;

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele;

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obligativitatea
1	Oferta de preț	Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronică a participantului	DA
2	Specificația de preț	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2)	DA
3	Specificații tehnice	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1)	DA
4	Garanția pentru ofertă	Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante	DA
5	DUAE	Confirmat cu semnătura electronică a participantului	DA

19. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

- a) Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic
- b) Adresa: mun. Chișinău, str. N Testemițanu 30
- c) Tel: 0-22-85-26-70
- d) Fax: 0-22-72-78-80
- e) E-mail: vitaliejora@mail.ru
- f) Numele și funcția persoanei responsabile

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA "RSAP"

a) **Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziție sau licitația deschisă:**

- până la: informația găsită în SIA "RSAP"
- pe: informația găsită în SIA "RSAP"

b) **Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitației restrânse sau al procedurii negociate:** nu se accepta

g) **Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise:** IMSP Institutul Oncologic

h) **Adresa:** mun. Chișinău, str. N Testemițanu 30

i) **Ofertele întârziate vor fi respinse.**

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

24. Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %, în formă de:

- **Garanție bancară sau**

- **Transfer bancar.**

Plata prin transfer se va efectua în adresa *IMSP Institutul Oncologic* cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. _____ din _____", conform următoarelor detalii:

- (a) beneficiarul plății *IMSP Institutul Oncologic*
- (b) datele bancare *BC Moldindcombank SA*
- (c) codul fiscal *1003600151023*
- (d) contul de decontare *MD94ML000000002251702316*
- (e) contul trezorerial *[indicați]*;
- (f) contul bancar *MOLDMD2X302*;
- (g) trezoreria teritorială *[indicați]*.

25. Garanția de bună execuție a contractului: 5 %

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere.

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru: _____

Jana Vitale L.S.